



CERTIFICATE

Issued Date: May. 23, 2018
Report No. : 1852050E-ISM-CE-P01V01

This is to certify that the following designated product

Product : **Electronic Balance**

Trade name :



Model Number : TM-EXA1003H, TM-EXA2003H, TM-EXA3003H,
TM-EXB20002S, TM-EXC30002, TM-EXC50002,
TM-EXE3003S, TM-EXE6002S, TM-STC30001,
TM-STC60001, TM-STE3002S, TM-STE6002S,
TM-EXG300001, TM-EXG150002

Company Name : **Nanjing TOMS Weighing Instrument CO.Ltd**

This product, which has been issued the test report listed as above in DEKRA Testing and Certification (Suzhou) Co., Ltd. Laboratory, is based on a single evaluation of one sample and confirmed to comply with the requirements of the following EMC standard.

EN 61326-1:2013

CISPR 11:2010 Group 1 Class B

IEC 61000-3-2(ed 4.0):2014

IEC 61000-3-3(ed 3.0):2013

IEC 61000-4-2:2008

IEC 61000-4-3:2010

IEC 61000-4-4:2012

IEC 61000-4-5:2014

IEC 61000-4-6:2013

IEC 61000-4-8:2009

IEC 61000-4-11:2004

TEST LABORATORY

Jerry Pan / Manager

Oggetto: dichiarazione di conformità CE per bilance linea XS Balance

La sottoscritta Orlandi Rosanna, residente a CARPI (MO) in via SENARA n°.2 A, in qualità di Legale Rappresentante dell'Impresa della GIORGIO BORMAC S.R.L. con sede legale a CARPI (MO) in via Della Meccanica 25, azienda importatore e distributore ufficiale dei prodotti a marchio XS Balance in Europa

DICHIARA

che le bilance tecniche XS Balance sono marcate CE e rispettano le normative previste.

Si specifica che il certificato CE scaricabile dal nostro sito web www.giorgiobormac.com riporta i nomi originali degli strumenti.

Per motivi commerciali il nome delle bilance è stato cambiato per il mercato europeo, ma gli strumenti mantengono le medesime specifiche dal punto di vista costruttivo e di rispetto delle normative vigenti.

Di seguito le corrispondenze:

TM-EXA3003H..... = XS BL 303
TM-EXB20002S..... = XS BL 2002
TM-EXE6002S..... = XS BL 602
TM-STC3001..... = XS BL 3001
TM-STC60001..... = XS BL 6001
TM-EXG300001..... = XS BL 30K1

Carpi, **19/02/2019**